



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Дирекција за националне
референтне лабораторије

Број: 404-02-226/1/2015-13

ЈН бр.1.1.1/2015-1

26.06.2015. године

Београд

III Додатне информације и појашњења–одговори „заинтересованим лицима“ на постављена питање у поступку јавне набавке добара број 1.1.1/2015-1, опрема за лабораторијска испитивања квалитета млека-опрема за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку

У законом предвиђеном року за додатним информацијама или појашњењима (члан 63.став 2.ЗЈН) у отвореном поступку јавне набавке број 1.1.1/2015-1 ,опреме за лабораторијска испитивања квалитета млека- опрема за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку, „Министарства пољопривреде и заштите животне средине- Дирекције за националне референтне лабораторије“, у којој је предмет набавке обликован у 11 партија, наручиоцу су, електронском поштом упућени захтеви „заинтересованих лица“ у којима су постављена следећа **питања**:

1. На страни 12. конкурсне документације у делу „Техничке карактеристике,“ за партију број 7- ваве: и за техничку и за аналитичку ваву, наведено је да се тражи да ваве буду типски одобрени модели, такође, на 25. страни је наведено да се као доказ достави копија Уверенја о одобренју типа ваве издато од стране "Дирекције за мере и драгоцене метале".

Model аналитичке ваве која би била понуђена наручиоцу представља један од најновијих модела које је произвођат почео да дистрибуира на нашем тржишту. С обзиром да је вава у поступку добивања Решенја о одобренју типа мерила од стране "Дирекције за мере и драгоцене метале" као и да поменута установа даје неспречне рокове за добивање таквог решња, у трајању од месец дана или више, да ли ће бити прихватљива изјава на меморандуму понуђача, печатирана и потписана од стране овлашћеног лица понуђача, као и изјаву одговорног лица "Дирекције за мере и драгоцене метале", где ће бити наведено да је понуђач поднео захтев за добивање Решенја, а да ће исто бити достављено наручиоцу приликом испоруке уређаја.

2. На страни 25 конкурсне документације у делу 10.9., „Остали посебни захтеви“ за партију број 7- Ваве, наведено је да понуђена опрема и уређаји морају бити еталонирани. Као доказ за испуњеност овог, посебног захтева наручиоца, понуђачи морају доставити копије сертификата о еталонирању у складу са стандардом ISI/IEC 17025 којим су утврђени општи захтеви за компетентност лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање.

Да ли сте под овим мислили да се достави копија сертификата лабораторије која ће да изврши еталонирање, а који је у складу са стандардом ISI/IEC 17025 којим су утврђени општи захтеви за компетентност лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање? Уколико не, молим за појашњење.

3. Као обавезан услов за све партије стављено је да понуђач мора да обезбеди сервис од стране сертификованог инђенјера и као доказ приложити сертификат сервисера издат на меморандуму произвођача.

Za neke jednostavnije uređaje proizvođači ne organizuju obuku i ne izdaju sertifikate na ime servisera. Najčešća vrsta autorizacije koju daju ino partneri / proizvođači, nakon izvršene provere da je servisna služba distributera u mogućnosti da izvrši kvalitetan servis i podršku u radu uređaja, je generalna autorizacija za PRODAJU i SERVIS.

S obzirom da je u pitanju javni poziv za nabavku dobara, gde su u partijama spojene grupe aparata različitih proizvođača, a ne nabavka delova i servisiranje konkretnih uređaja, molim Vas da pojasnite sledeće:

da li je odgovarajuće dostaviti generalnu autorizaciju proizvođača na kojoj je naglašeno da je distributor ovlašćen za PRODAJU i SERVIS ponuđene opreme i autorizaciju proizvođača na ime servisera?"

Партија 2 – Фрижидери и замрзивачи:

-Лабораторијски фрижидер:

4. Да ли је прихватљиво да је у случају нестанка струје рад на батерије 48 сати?

5. Да ли је прихватљив капацитет фрижидера од 530 л?

6. Да ли је неопходно да уређај има RS232 интерфејс, обзиром да има data logger са меморијом и USB прикључком?

-Лабораторијски замрзивач -20°C:

7. Да ли је прихватљиво да уместо минимум 6 фиока, замрзивач има 5 полица, свака полица са засебним унутрашњим вратима?

8. Да ли је прихватљив температурни опсег -40°C до -25°C?

-Лабораторијски замрзивач -86°C:

9. Да ли је прихватљив температурни опсег од -86°C до -50°C?

10. Да ли је неопходно да материјал спољашности буде нерђајући челик?

Партија 4 – Апарати за припрему узорака:

11. Предлаже се наручиоцу да из партије 4 издвоји у посебну партију апарате број 4 и 5 – рн метри. На овај начин ће већи број фирми моћи да учествује у јавној набавци.

Опрема за молекуларна испитивања микроорганизама у млеку:

12. Да ли је прихватљиво да пипета опсега 0,2 - 2μl има тачност на горњој граници опсега 2,5%, а да прецизност буде 2%?

13. Да ли може да се понуди аналитичка вага максималног мерења 210 g (у вашем захтеву је наведено 220 g)?

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12), у законском року, наручилац даје додатне информације и појашњења-одговоре „заинтересованим лицима“ које објављује на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Одговори:

1. Захтев је јасно дефинисан техничком спецификацијом и у делу „Остали посебни захтеви“ (тачка 10.9.), јер без обзира што је поднет захтев, као што је наведено у самом питању „заинтересованог лица“, постићи неизвесност у погледу издавања решења од стране „Дирекција за мере и драгоцене метале“.

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави копије сертификата акредитоване лабораторије која ће извршити еталонирање приликом инсталације и пуштање опреме у рад, а о трошку понуђача, у складу са стандардом ISO/IEC 17025 којим су утврђени општи захтеви за компетентност лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање. Такође је понуђач дужан да приликом испоруке опреме достави и доказ да је опрема фабрички еталонирана.

У вези овог појашњења у конкурсној документацији у тачки 10.9.-Остали посебни захтеви биће извршена одговарајућа измена формулације тог захтева у првом пасусу.

3.Додатни услов о неопходном кадровском капацитету утврђен конкурсном документацијом „- да понуђач има најмање 1 (једно) радно ангажовано лице – овлашћеног сервисера за постпродајну подршку са сертификатом издатим од произвођача опреме која је понуђена“, као и предвиђени докази из тачке 8., део V-2, због техничких карактеристика и значаја опреме остаје неизмењен, али се тако утврђени додатни услов мења у односу на одређене партије, односно позиције понуђене опреме.

Наиме, осим за партију 1. (лабораторијски намештај) и за понуђену опрему у партији 11. (опрема за молекуларна испитивања микроорганизама у млеку) није потребно располагати овлашћеним сервисером, а самим тим ни достављати доказе.

За партију 4 (апарати за припрему узорака) треба обезбедити овлашћеног сервисера само за понуђену опрему на позицијама: 4.пехаметар за потенциометријска одређивања и 5.пехаметар, а за остале позиције из ове партије није неопходно располагати овлашћеним сервисером, нити достављати доказе о томе.

У вези са овим појашњењем биће извршена одговарајућа измена и допуна конкурсне документације.

4. С обзиром да у техничкој спецификацији стоји да је у случају нестанка струје рад на батерије 72 сата, није прихватљиво да је рад батерије у случају нестанка струје 48 сати.

5.Сваки капацитет фрижидера који је већи од 550 литара је прихватљив, с обзиром да у техничкој документацији стоји да је минимални капацитет лабораторијског фрижидера 550 литара.

6.Одговор: Да.

7.Одговор: Сваки замрзивач који има минимум 6 фиока је прихватљив.

8.С обзиром да у техничкој спецификацији стоји температурни опсег -40°C до -10°C, сваки лабораторијски замрзивач који има шири температурни опсег од траженог биће прихватљив.

9. С обзиром да у техничкој спецификацији стоји температурни опсег -86°C до -40°C, сваки лабораторијски замрзивач на-86°C који има шири температурни опсег од траженог биће прихватљив.

10. Да.

11. Број партија је јасно дефинисан у Плану јавних набавки за 2015. годину, Одлуци о покретњу поступка предметне јавне набавке, као и расположива финансијска средства. Стога нисмо у могућности да мењамо број партија ове јавне набавке.

12. Свака пипета опсега 0,2 - 2µl или ширег, која има бољу тачност од 2% или 2% биће прихватљива.

13. Прихватљива је аналитичка вага максималног мерења 210 g , с обзиром да је у техничкој документацији тражени мерни опсег ДО 220 g.

Додатнае информације и појашњења-одговори на постављена питања, даном њиховог објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, постају саставни део конкурсне документације предметне јавне набавке.

У вези са датим одговорима на постављена питања „заинтересованих лица“ и датих додатним информацијама и појашњењима, биће извршена и објављена одговарајућа измена и допуна конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке Наручиоца