



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Дирекција за националне
референтне лабораторије

Број: 404-02-227/5/2015-13

ЈН бр.1.1.1/2015-II

Београд, 17.07.2015. године

Предмет: I Додатне информације и појашњење– одговор „заинтересованом лицу“ на постављено питање у поступку јавне набавке добара број 1.1.1/2015-II, опрема за лабораторијско испитивање квалитета млека- помоћни апарати за лабораторију за испитивање квалитета млека

У року за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке опреме за лабораторијска испитивања квалитета млека- - помоћни апарати за лабораторију за испитивање квалитета млека, Министарства пољопривреде и заштите животне средине- Дирекције за националне референтне лабораторије, у којој је предмет набавке обликован у 3 партије, редни број набавке: 1.1.1/2015-II, за коју су позив и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 30.06.2015. године, наручиоцу је дана 08.07.2015.године, електронском поштом стигао захтев „заинтересованог лица“ у којем је постављено следеће питање:

1. По спецификацији наведеној у документацији ЈН бр. 1.1.1./2015-II, предмет набавке: добра – опрема за лабораторијско испитивање квалитета млека – помоћни апарати за лабораторију за испитивање квалитета млека, партија 2 – виšekратне боџице за узорковање млека, наводи се:

- Боџица је кружног облика, $31,9 \pm 0,1$ mm у дијаметру, висине 105 mm

Питање:

Да ли је прихватљиво одступање у наведеним димензијама, тако да дијаметар тражених боџица буде од 31,6 mm до 32,1 mm?

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12), у законском року, наручилац даје одговор и додатне информације и појашњење „заинтересованом лицу“ које објављује на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Одговор:

1. Димензије боџице за узорковање су условљене начином складиштења и транспорта истих, као и процесом испитивања, у коме је боџице потребно поставити у адекватне носаче. Димензије гажбика за складиштење и транспорт узорака, као и адекватни носачи, дозвољавају наведена одступања у ширини ($31,9 \pm 0.3$ mm) боџице за узорковање.

Додатне информације и појашњења-одговори на постављена питања, даном њиховог објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, постају саставни део конкурсне документације предметне јавне набавке.

У вези са датим појашњењем-одговором извршиће се и одговарајућа „I Измена и допуна конкурсне документације“ у делу техничке спецификације за II партију.

Комисија за јавне набавке Наручиоца