



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Дирекција за националне
референтне лабораторије
Број: 404-02-414/6/2016-13
Датум: 09. децембар 2016. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара – Лабораторијски инструменти и опрема за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.6/16

Питање 1:

„Тражене димензије платформе за шејкер су 250x250mm. Да ли је могуће понудити мало веће димензије исте, 330mmx330 mm уз испуњеност свих осталих тражених захтева?“

Одговор 1:

У конкурсној документацији је тражено да покретна платформа буде површине: најмање 250 x 250 mm, што значи да свака површина која је већа или иста од 250 x 250 mm, уз испуњеност свих осталих захтева, је прихватљива.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ