



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ**  
**И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**  
**Дирекција за националне**  
**референтне лабораторије**  
**Број: 404-02-288/17/2017-13**  
**Датум: 08. новембар 2017. године**  
**Београд**

**ПРЕДМЕТ:** Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара – Лабораторијски инструменти и опрема за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3/17.

Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара – Лабораторијски инструменти и опрема за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3/17.

Измена и допуна конкурсне документације- пречишчен текст број 404-02-288/15/2017-13 од 08.11.2017. године је следећа:

**1. - Поглавље III, страна 19**

**УМЕСТО**

Injekciona zapremina - 0.01–100  $\mu$ L

**ТРЕБА ДА СТОЈИ:**

Injekciona zapremina - 0.1–100  $\mu$ L

**3. - Поглавље III, страна 20**

**УМЕСТО**

Promena polarности ( $\pm$ ) - Jedan  $\pm$  ciklus: 1 sec ili bolje

**ТРЕБА ДА СТОЈИ:**

Promena polarnosti  $\pm$  један ciklus: 1,5 sec ili bolje

У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**