



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне
референтне лабораторије
Број: 404-02-288/67/2017-13
Датум: 20. јул 2018. године
Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке добара – Лабораторијски инструменти и опрема за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3/17

Питање 1:

ПАРТИЈА 9:

1.Ставка 3 – лабораторијска вага- Да ли је прихватљиво понудити вагу са димензијом таса $\varnothing 91\text{mm}$, обзиром на Ваше одговоре од 02.04.2018:

Питање 6:

Ставка 3 - Да ли је прихватљиво понудити аналитичку вагу са металним кућиштем и димензија таса за мерење $\varnothing 80\text{mm}$, обзиром да предметне карактеристике одговарају већини еминентних светских произвођача Sartorius, Mettler toledo, Ohaus, а исте сте и сами захтевали у набавци 1.1.1/2014 партија 14. Ставка 1.

Одговор 6:

Биће прихваћена свака димензија таса и сваки материјал кућишта уз услов да су испуњене све остале захтеване карактеристике.

Одговор 1:

Прихватљиво је понудити вагу са димензијом таса $\varnothing 91\text{mm}$.

Наручилац ће изменити и допунити конкурсну документацију, те ће додати следеће:

Димензије таса $128 \times 128\text{mm}$ ($\pm 5\text{ mm}$) или тас пречника од $\varnothing 80\text{ mm}$ до $\varnothing 118\text{ mm}$

Питање 2:

Обзиром на Ваше одговоре дате 08.11.2017. и 12.11.2017. на предметну набавку:

8.11.2017. Питање 10:

Питање за партију 9

Обзиром да је потребно доставити сертификате о заступству и сервисну подршку обученог сервисера, молим Вас појасните да ли у овој партији потребно доставити за сваку ставку понаособ или само за неке апарате, обзиром да има 16 ставки?

Одговор 10:

Ауторизацију и сертификат сервисера је потребна за ставке 1, 2, 4, 10 и 14. То је специфична и захтевна опрема и изискује обученог сервисера. За остале партије није потребно достављати ова документа.

12.11.2017. Питање 14:

Партија бр. 9

Обзиром да је потребно доставити сертификате о заступству и сервисну подршку обученог сервисера, молим Вас појасните да ли у овој партији потребно доставити за сваку ставку понаособ или само за неке апарате, обзиром да има 16 ставки?

Одговор 14:

За сваку понаособ је потребно доставити сертификате.

Молимо Вас за кларификацију у делу захтева за ауторизацијама и сервисним сертификатима.

Одговор 2:

Потребно је доставити за следеће ставке: 1, 2, 4, 10 и 14, као што је наведено у одговорима од 08.11.2017. године, јер су то сложени апарати, који захтевају одржавање и сервис. За остале ставке није потребно достављати.

Сви одговори су саставни део измењене конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ