



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ**  
**И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**  
**Дирекција за националне**  
**референтне лабораторије**  
**Број: 404-02-288/12/2017-13**  
**Датум: 06. новембар 2017. године**

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке добара – Лабораторијски инструменти и опрема за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3/17

**Питање 1:**

На страни 4/87 наведене су ознаке и називи из Општег речника јавних набавки. Међутим, за велики број добара која су предмет ове јавне набавке нису дате одговарајуће ознаке или чак нису дате никакве ознаке.

Питање 1:

Да ли ће наручилац извршити измену документације у складу са ЗЈН и за свако добро које је предмет ове ЈН означити одговарајућу ознаку и назив?

Даље, увидом у садржај појединих партија установили смо следеће:

Партије 9 и 11 састављене су на начин да се у њима налазе добра која нису истоврсна и која никако не могу бити сврстана у исту партију. Тачно је да се већина наведених добара користи за рад у лабораторији али је чињеница да се не ради о истоврсним добрима и што је још важније мали број понуђача може понудити све ставке из овако формираних партија. Досадашња пракса у јавним набавкама у области лабораторијске опреме показује да се велики број добара који су у предметној ЈН сврстани у једну партију, набавља као одвојена партија како би се постигла већа конкуренција и добиле понуде од фирми специјализованих за поједину врсту опреме. Ово је наравно лако и доказати. На пример, у партији 9 тражи се осим једноставније опште лабораторијске опреме и опрема као што су микробиолошки безбедосни кабинет класе II, плинска боца за бутан гас и аутоклав. Као прво, плинска боца свакако није истоврсно добро са осталим инструментима а микробиолошки кабинет и аутоклав захтевају и стручно постпродајно одржавање од стране овлашћених обучених сервисних служби. Познато је да на тржишту постоје фирме које су специјализоване за поједину од наведене опреме а логично нису специјализоване за сваку од наведених ставки. На овај начин, сврставањем наведене опреме у једну партију значајно се сужава

конкуренција те фирме које би могле врло повољно да понуде на пример микробиолошки кабинет јер се тиме баве годинама и имају развијену сервисну службу, то не могу да учине јер се не баве лабораторијским вагама, аутоклавима, мешалицама и сл. Исто важи и у обрнутном случају. Дугогодишња пракса у расписивању јавних набавки у овој области такође јасно показује да су се овакви инструменти за које је потребна постпродајна подршка увек набављали у одвојеним партијама и на тај начин обезбеђивала највећа конкуренција реномираних понуђача и стручан сервис.

Још је драстичнија ситуација са Партијом 11. Назив ове партије је „Опрема за припрему узорака и мултирезидуалну анализу контаминената у храни и храни за животиње за потребе хемијске лабораторије“. Као капитални инструмент у оквиру ове партије тражен је UHPLC систем са хибридном масеним спектрометром високе резолуције. Овакав инструмент кошта неколико стотина хиљада евра, захтева врхунски обучен сервис и подршку. Уосталом наручилац је и навео велики број додатних сервисно-апликативних захтева које понуђач треба да испуни тј. понуди као што су тренинг и напредни тренинг, развој и имплементација метода, верификација перформанси, обезбеђивање SOP-а (стандардног оперативног поступка), итд. Колико је овај инструмент важан и за самог наручиоца говори и чињеница да је кроз питања понуђача и одговоре наручиоца дефинисано да је у партији 11 само за UHPLC уређај потребно доставити ауторизацију. Међутим, овакав капиталан инструмент и апликативни захтеви које може да испуни свега неколико реномираних произвођача и понуђача сврстан је у исту партију са ситним лабораторијским уређајима као што су млин за припрему узорака, потрошни материјал за екстракцију узорака, бочице, апаратура за мембран филтрацију па чак и клима уређај од 24000BTU!? На тај начин је иначе мала конкуренција за UHPLC уређај додатно смањена ако не и у потпуности елиминисана а ефикасност и економичност набавке доведена у питање.

У том смислу предлажемо да се конкурсна документација измени у складу са чл. 3, 9,10, 56 и 61 ЗЈН, те добра тражена у партијама 9 и 11 раздвоје у посебне партије на начин да се микробиолошки безбедосни кабинет класе II, аутоклав и UHPLC уређај са хибридном масеним спектрометром високе резолуције набављају сваки у засебној партији.

Питање 2:

Да ли ће наручилац изменити конкурсну документацију у складу са чл. 3, 9,10, 56 и 61 ЗЈН, те добра тражена у партијама 9 и 11 раздвојити у посебне партије на начин да се микробиолошки безбедосни кабинет класе II, аутоклав и UHPLC уређај са хибридном масеним спектрометром високе резолуције набављају сваки у засебној партији?

### **Одговор 1:**

Наручилац ће допунити конкурсну документацију тако што ће додати ознаке и називе из Општег речника набавке за одређена добра.

За питање бр. 2 комисија остаје при формираним партијама. Не стоји тврдња да се на тај начин фаворизује један добављач што је и практично доказано у претходним поступцима када је набављана истородна опрема. Кроз испитивање тржишта добили смо понуде више добављача који могу задовољити тражене карактеристике, а потенцијалном добављачу који не може да понуди све ставке из предметне партије остаје могућност да у заједничкој понуди са другим понуђачима понуди сва тражена добра.

## **Питање 2:**

Појашњење за партију 11.

Корисник захтева да:

Понуђач је дужан да обезбеди комплетну припрему простора у складу са препоруком произвођача. Обавезан је клима уређај и вентилациони систем повезан на одушак инструмента.

Да ли је неопходно да понуђач обезбеди и сву гасну инсталацију неопходну за рад?

## **Одговор 2:**

Да, потребно је да понуђач понуди све неопходне гасне инсталације потребне за рад.

## **Питање 3:**

Појашњење за партију 11.

Корисник тендерском документацијом није захтевао компресор који је неопходан за производњу азота да ли га је потребно понудити?

## **Одговор 3:**

Да, потребан је генератор азота са компресором.

## **Питање 4:**

Да ли је неопходно понудити сто за инструмент јер је и он обавезан предуслов код свих понуђача?

## **Одговор 4:**

Сто за инструмент није неопходно понудити, наручилац обезбеђује сто.

## **Питање 5:**

Верификација перформанси обично подразумева OQ документацију произвођача опреме коју дефинише произвођач а не наручилац. Уколико се сви критеријуми дефинисани у верификацији перформанси инструмента код произвиђача опреме и наручиоца не поклапају да ли је потребно да понуђач изврши проверу уређаја и по овим тестовима?

## **Одговор 5:**

Испоручилац је у обавези да понуди „UHPLC систем са хибричним масеним спектрометром високе резолуције и тачне масе (HRAM)“ према траженој спецификацији у тендерској документацији. Верификацију перформанси потребно је да изврши према протоколу произвођача опреме.

#### **Питање 6:**

Понуђач је захтевао тендерском документацијом:

Понуђач је у обавези да спроведе развој и имплементацију (са припремом узорка) методе мултирезидуалне анализе пестицида према анализима и матриксама (минимум 200 анализата и најмање 5 матрикса).

Како су код већине понуђача запослени само сервисни инжењери а не апликационисти и особе које су задужене за развој метода. Како се доказује да ће понуђач испунити овај критеријум?

#### **Одговор 6:**

Наручилац не условава да лице за апликативну подршку мора да буде стално запослено код Испоручиоца. Битно је да особа која ће спровести „развој и имплементацију (са припремом узорка) методе мултирезидуалне анализе пестицида према анализима и матриксама (минимум 200 анализата и најмање 5 матрикса)“ буде сертификована од стране Произвођача опреме.

Уколико Испоручилац не спроведе развој и имплементацију (са припремом узорка) методе мултирезидуалне анализе пестицида према анализима и матриксама (минимум 200 анализата и најмање 5 матрикса), Наручилац задржава право да у складу са тендерском документацијом поступи у складу са чланом 7. и 9. Уговора о јавној набавци добара.

#### **Питање 7:**

Понуђач захтева тендерском документацијом:

- Понуђач је у обавези да пружи подршку наручиоцу у постављању и валидацији методе у складу са достављеним планом у трајању од 15 радних дана.

Валидација метода не подразумева само подешавање инструмента и параметара већ комплетан поступак снимања десетина узорака и обраде добијених података, да ли је могуће извршити захтевану услугу у року од 30 радних дана? Ово је минималан реалан период који је неопходан за реално комплетно завршавање валидације.

#### **Одговор 7:**

Дирекција за националне референтне лабораторије остаје при условима наведеним у конкурсној документацији ЈН бр 1.1.3/17 Лабораторијски инструмент и опрема.

### **Питање 8:**

Понуђач захтева тендерском документацијом:

- Понуђач је у обавези да понуди потребне ЛЦ колоне и предколоне према препоруци понуђача за захтевану методу мултирезидуалне анализе пестициде.

Како овај уређај набављате због потребе за испуњењем одређених стандарда. Тип колоне и предколоне се обично не одређује од стране понуђача већ је дефинисан официјалном важећом стандардном методом. Да ли је потребно понудити колону и пред колону коју препоручује понуђач или коју препоручује важећи стандард и на који стандард мислите?

### **Одговор 8:**

Дирекција за националне референтне лабораторије остаје при условима наведеним у конкурсној документацији ЈН бр 1.1.3/17 Лабораторијски инструмент и опрема. Дакле, понуђач је у обавези да понуди потребне ЛЦ колоне и предколоне према препоруци понуђача за захтевану методу мултирезидуалне анализе пестициде.

### **Питање 9:**

Понуђач захтева тендерском документацијом:

- Понуђач је у обавези да понуди неопходне сертификоване референтне стандарде пестицида (појединачне или у миксу).

Да ли је неопходно да понуђач буде заступник произвођача сертификованих референтних стандарда пестицида?

### **Одговор 9:**

Није потребно да понуђач буде заступник произвођача референтних стандарда пестицида.

### **Питање 10:**

Понуђач захтева тендерском документацијом:

- Понуђач је у обавези да понуди све потребне хемикалије и раствараче за одабране анализе.

Да ли је неопходно да понуђач буде заступник произвођача хемикалија и растварача за одабране анализе?

### **Одговор 10:**

Није потребно да понуђач буде заступник произвођача хемикалија и растварача за одабране анализе.

### Питање 11:

Понуђач захтева тендерском документацијом:

Да је понуђач овлашћен „ауторизован“ за даљу продају понуђене опреме (за партије 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 и 11) од стране произвођача те опреме или од стране овлашћеног дистрибутера („дилера“) произвођача понуђене опреме за територију републике Србије;  
Да ли је потребно да се достави ауторизација за даљу продају целокупне опреме из партије 11?

### Одговор 11:

Одговор на ово питање се налази у Питањима и одговорима објављеним 27.10.2017. питање и одговор број 4. А одговор гласи: „У случају партије 11 довољно је доставити, ауторизацију само за „UHPLC sistem sa hibridnim masenim spektrometrom visoke rezolucije i tačne mase (HRAM)“. С тим у вези у Изјави XII потребно је навести име произвођача или овлашћеног дистрибутера-„дилера“само за „UHPLC sistem sa hibridnim masenim spektrometrom visoke rezolucije i tačne mase (HRAM)“.

### Питање 12:

Да ли је потребно доставити сертификате инжењера за сервис Млинова, Апарата за СПЕ екстракцију, Апарата за упаравање у струји азота, центрифуге, апарата за мембранску филтрацију, сушице, вакум упаривача, климе и УПС уређаја јер такође захтевају инсталацију и обуку за рад или је неопходно само испоручити ове артикле?

### Одговор 12:

Није потребно доставити сертификате сервисера за Млинове, Апарат за SPE екстракцију, Апарат за упаравање у струји азота, центрифуге, апарат за мембранску филтрацију, сушице, вакум упаривач, климе и UPS уређај, довољно их је испоручити и извршити квалитативни и квантитативни пријем са основном обуком за рад, након чега ће се извршити потписивање записника о примопредаји између Испоручиоца и Наручиоца.

За партију 11 захтеван је само сертификат сервисног инжењера (2 сервисна инжењера) за „области масене спектрометрије високе резолуције и тачне масе“

као што пише на страни 29/87 како је ниже наведено:

„4) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач (за партију бр. 11) има најмање 2 (два) радно анагажована сервисна инжењера сертификована од стране произвођача у области масене спектрометрије високе резолуције и тачне масе.“

што се доказује на следећи начин 32/87:

Доказ:

-Фотокопије сертификата за радно ангажована лица - сервисне инжењере сертификоване од стране произвођача у области масене спектрометрије високе резолуције и тачне масе

-Фотокопија уговора о ангажовању лица

### **Питање 13:**

Да ли је неопходно урадити обуку за коришћење Млинова, Апарата за SPE екстракцију, Апарата за упаравање у струји азота, центрифуге, апарата за мембранску филтрацију, сушице, вакум упаривача, климе и УПС уређаја.

Уколико је одговор да да ли је потребно да то уради сертификован инжењер?

### **Одговор 13:**

Неопходно је урадити обуку, али није потребно да сертификовани сервисер уради обуку за коришћење Млинова, Апарата за SPE екстракцију, Апарата за упаравање у струји азота, центрифуге, апарата за мембранску филтрацију, сушице, вакум упаривача, климе и UPS уређаја.

### **Питање 14:**

Да ли је неопходно урадити проверу техничких перформанси као што захевате техничком документацијом за Млинове, Апарат за SPE екстракцију, Апарат за упаравање у струји азота, центрифугу, апарат за мембранску филтрацију, сушицу, вакум упаривач, климу и УПС уређаја?

### **Одговор 14:**

Као што је наведено у одговору 12 везано за поменућу опрему довољно их је испоручити и извршити квалитативни и квантитативни пријем са основном обуком за рад, након чега ће се извршити потписивање записника о примопредаји између Испоручиоца и Наручиоца.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**