

Republika Srbija
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Direkcija za nacionalne referentne laboratorije
Batajnički drum 7 deo broj: 10, 11080 Beograd
Broj: **404-02-00147/2019-13**
Datum: 19.04.2019.

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

po javnoj nabavci br. 1.1.6/19 - Laboratorijski instrumenti i oprema

P-pitanje
O-odgovor

P1: Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća postavljena pitanja, vezano za javnu nabavku broj JN br. 1.1.6/19. U slučaju nejasnih i negativnih odgovora na postavljena pitanja, njihova sadržina predstavlja naše ukazivanje na nepravilnosti i nedostatke konkursne dokumentacije, u skladu sa odredbom člana 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama. Takođe, posebno Vam ukazujemo i na određene nedostatke u konkursnoj dokumentaciji, koji se mogu odmah uočiti.

1. U Vašim odgovorima na pitanja od 11.04.2019 broj dokumenta 404-02-00147/2019-13 u donjem delu dokumenta su stavljene podaci firme "JKP "BEOGRADSKE ELEKTRAHE", Novi Beograd, Savski nasip 11, Tel. 2093-000, telefaks 3186-491, poštanski fah 101, Tekući račun Banca Intesa a.d. Bgd. 160-6791-73, Vojvođanska banka AD – 355-1011957-66, Služba za javne nabavke, ten. 2093-000 / lok. 570, 571, 573, 574, 575"

Pitanje: ko odgovara na pitanja po predmetnoj Javnoj nabavci? Da li navedena firma ima prava da odgovara na pitanja koja su postavljena Ministarstvu poljoprivrede? Da li Ministarstvo poljoprivrede koristi memorandume navedene firme, ako je tako koji podaci u navedenoj Javnoj nabavci su validni?

O1: Tehničkom greškom u futeru strane ostali su pogrešni podaci. Korišćena je samo podloga. Na postavljena pitanja odgovara komisija za predmetnu javnu nabavku.

Pitanje:

“Da li je moguće razdvojiti nabavku na 2 partije s obzirom da uređaj koji se traži i mašina za pranje posuđa nisu vezani kao sastavni delovi uređaja da ne mogu da funkcionišu jedan bez drugoga?”

Odgovor:

Nije moguće razdvojiti nabavku u 2 partije jer se radi o jedinstvenom projektu. Obzirom da će naručilac raditi multirezidualnu analizu pesticida, bitno je i da mašina za pranje posuđa bude po GLP i GMP standardima.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Дирекција за националне
референтне лабораторије, Батајнички друм б.б. 11 080 Земун
Тел: + 381 11 377 20 33;

Pitanje:

“Da li je odgovarajuće ponuditi mašinu koja ima za maksimalnu temperature pranja specifičnu temperature od 93 C, a ima maksimalnu temperature sušenja 140 C?”

Odgovor:

Tenderskom dokumentacijom je zahtevano “Maksimalna temperatura pranja: 95 stepena”

Prihvatljiva je svaka temperatura pranja do 95C.

Maksimalna temperatura susenja nije limitirana u tehničkoj specifikaciji.

Pitanje:

“Da li je odgovarajuće ponuditi mašinu kapaciteta Viseg/nizjeg od traženog za 10% , a koja bi mogla da se uklopi u predviđene dimenzije namenjenog prostora?”

Odgovor:

Nije moguće zbog dostupnog prostora na lokaciji.

Pitanje:

“Da li je prihvatljivo ponuditi masinu”

Odgovor:

Pretpostavljamo da je došlo do greške u kucanju, ali svakako prihvatljivo je ponuditi mašinu u skladu sa zahtevanim tehničkim karakteristikama.

Pitanje:

“Da li je odgovarajuće ponuditi Masinu sa mikroprocesorskim kontrolerom koji nije tipa Siemens S& - 1200 PLC a koji takodje ima Touch screen I veci broj opcija programiranja I podesavanja od zahtevanog?”

Odgovor:

Nije odgovarajuće jer je Siemens industrijski standard za GMP i GLP opremu

Pitanje:

“Da li je prihvatljivo ponuditi masinu sa susacem sa ugradjenim HEPA filterom klase H 14 (99,995%)koja ima jaci grejac od zahtevanog od 3,3 kW I veci protok vazduha od zahtevanih 140 m3/h pa samim tim I boljei brze susenje?”

Odgovor:

Nije prihvatljivo jer je iskustveno pokazano da je filter klase H14 temperaturno osetljiviji od filtera klase H13 i time ima kraći eksploatacioni vek.

KOMISIJA ZA JN 1.1.6/19