



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије
Број: 404-02-251/2019-13
Датум: 13.05.2019.
Београд

Свим заинтересованим лицима

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања од стране заинтересованог лица

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), за јавну набавку добара број 1.1.2/19, Комисија Наручиоца у законом предвиђеном року даје одговоре на постављена питања од стране заинтересованог лица.

ПИТАЊА:

ПАРТИЈА 9 Ставка 1:

Молим за појашњење, да ли је одговарајуће понудити пипету од 10 до 100 μ L са тачношћу $\leq \pm 0,8\%$ и бољом прецизношћу од тражене, $< 0,2\%$?

ПАРТИЈА 9 Ставка 2:

Молим за појашњење, да ли је одговарајуће понудити пипету од 100 до 1000 μ L са подеком 1 μ L ? Претпостављамо да је дошло до грешке код пипете од 100 до 1000 μ L где је тражена подеок 0,1 μ L. Молим за појашњење, да ли је одговарајуће понудити пипету од 100 до 1000 μ L са тачношћу бољом од тражене $\leq \pm 0,5\%$ и бољом прецизношћу од тражене, $< 0,2\%$?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ:

ПАРТИЈА 9 Ставка 1:

Прихватљиво је понудити пипету боље прецизности.

ПАРТИЈА 9 Ставка 2:

Дошло је до грешке у куцању, мислило се да је подеок од 1 μ L.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ