



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије
Број: 404-02-251/2019-13
Датум: 16.05.2019.
Београд

Свим заинтересованим лицима

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања од стране заинтересованог лица

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), за јавну набавку добара број 1.1.3/19, Комисија Наручиоца у законом предвиђеном року даје одговоре на постављена питања од стране заинтересованог лица.

ПИТАЊЕ:

Да ли је одговарајуће за JN br 1.1.3/19 у партији 15 Потрошни материјал за анализу резидуа pesticida :

- stavka 1 Špric filter PTFE fi 17mm pora 0,2um ponuditi Špric filter PTFE fi 25mm pora 0,22um
- stavka 2 Špric filter PTFE fi 17mm pora 0,45um ponuditi Špric filter PTFE fi 25mm pora 0,45um
- stavka 3 Špric filter NY fi 17mm pora 0,2um ponuditi Špric filter NY fi 25mm pora 0,22um
- stavka 4 Špric filter NY fi 17mm pora 0,45um ponuditi Špric filter NY fi 25mm pora 0,45um

ОДГОВОР:

- stavka 1 Špric filter PTFE fi 17mm, pora 0,2 um- prihvatljive su ponude za špric filtere PTFE prečnika fi 15 mm, ili fi 17 mm i veličine pora 0,2 um, veća veličina pora nije prihvatljiva.
- stavka 2 Špric filter PTFE fi 17mm pora 0,45um- prihvatljive su ponude za špric filtere PTFE prečnika od fi 15 mm do fi 25 mm i veličine pora 0,45 um.
- stavka 3 Špric filter NY fi 17mm, pora 0,2um- prihvatljive su ponude za špric filtere NY prečnika fi 15 mm, ili fi 17 mm i veličine pora 0,2 um, veća veličina pora nije prihvatljiva.
- stavka 4 Špric filter NY fi 17mm pora 0,45um- prihvatljive su ponude za špric filtere NY prečnika od fi 15 mm do fi 25 mm i veličine pora 0,45 um.

ПИТАЊЕ:

У партији 4-Reagensi i biohemijski kitovi i ab diskovi за микробиолошко оделjenje налазе се артикли 3 различита произвођача (bioMerieux, Becton Dickinson i Idexx) i svaki од njih има различитог distributera, те вас молимо да партију 4 раздвојите по произвођачима.

Далје у партији 4, ставке 6 и 7 су идентичне ставкама 12 и 13, али су количине различите. Молимо за појашњење.

Молимо вас и за појашњење за ставку 14, такође у партији 4-на шта сте тачно мислили.

ODGOVOR:

Prihvatamo vaše sugestije i u skladu sa tim biće izvršena izmena konkursne dokumentacije.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

1/1