



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије
Број: 404-02-251/2019-13
Датум: 31.05.2019.
Београд

Свим заинтересованим лицима

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања од стране заинтересованих лица

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), за јавну набавку добара број 1.1.3/19, Комисија Наручиоца у законом предвиђеном року даје одговоре на постављена питања од стране заинтересованог лица.

ПИТАЊЕ:

Колика је процењена вредност Јавне набавке бр.1.1.3/19 односно процењена вредност партије 17?

ОДГОВОР:

У складу са чланом 61. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.

ПИТАЊЕ:

Zatim, Partija br.15, Stavka 7 – da li su dimenzije (sirina x visina 70-90mm x 70mm) korpe za sterilizaciju ispravne i date u ispravnim jedinicama? Koja je treca dimenzija?

ОДГОВОР:

Tražene korpe za sterilizaciju su dimenzija dužinax širina x visina približno 70-90 mm x 70-90mm x 70 mm.

ПИТАЊЕ:

Takodje, Partija 13, Stavka 6 – standardni fi Petri ploca je 90mm, a naveden je fi 92mm, da li je u pitanju greska?

ОДГОВОР:

Petri ploča je 90 mm +/- 2mm

ПИТАЊЕ:

U poglavlju V “Uputstvo ponudjagama kako da sagine ponudu” u odeljku 2. “Nacin na koji ponuda mora da bude sacinjena” navodi se da ponuda izmedju ostalog mora sadrzati “vrstu, tehnicke karakteristike, kvalitet, kolicinu i opis dobara, nacin sprovodjenja kontrolu...”. Kako se sve ovo moze nalaziti i u tabeli ponude, zanima me da li je i pored toga potrebno za svaku ponudjenu stavku priloziti specifikaciju, odnosno stranicu iz kataloga? Pitanje se odnosi na celu nabavku, ne na neku partiju konkretno.

ОДГОВОР:

Nije potrebno dostavljati specifikaciju niti izvod iz kataloga za sve stavke već samo za one za koje je to naznačeno.

ПИТАЊЕ:

Partija br.16, Stavke 4, 5, 6, 7, 8 i 9 – kako se laboratorijske case ne proizvode u klasama, niti sa sertifikatom, molim Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju.

ОДГОВОР:

Došlo je do greške. Za čaše nije potrebno da imaju klasu ni sertifikat.

ПИТАЊЕ:

Partija 16, Stavke 19, 20, 21 i 22 – da li se misli na staklene boce sa slifovanim cepom ili sa navojnim cepom?

ОДГОВОР:

Misli se na boce sa navojnim čepom.