



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије
Број: 404-02-251/2019-13
Датум: 05.06.2019.
Београд

Свим заинтересованим лицима

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања од стране заинтересованог лица

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), за јавну набавку добара број 1.1.3/19, Комисија Наручиоца у законом предвиђеном року даје одговоре на постављена питања од стране заинтересованог лица.

Питање:

Партија 15 Ставка 2 - Да ли је дозвољено понудити епрувете 12x75?

Одговор:

Бакто епрувете морају да буду наведених димензија из конкурсне.

Питање:

Партија 15 Ставке 14 и 15- Да ли је потребно понудити реагенс боцу уско или широко грло?

Одговор:

Потребно је понудити реагенс боце са уским грлом.

Питање:

Партија 15 Ставка 25 - Молим Вас да наведете каталошки број и произвођача за тражене бочице?

Партија 15 Ставка 26 - Молим Вас да наведете каталошки број и произвођача за тражене бочице?

Одговор:

Прихватају се бочице било ког произвођача које испуњавају наведене техничке захтеве у погледу типа стакла (боросиликатно стакло) и тражених димензија. С обзиром на то да сте тражили да Наручилац наведе који произвођачи и каталошки број производа долази у обзир, обавештавамо вас да је Наручилац приликом истраживања тржишта и састављања техничке спецификације разматрао производе различитих произвођача, као што је ВОЕСО Germany (Каталог за 2018-2020 годину-страна 107) и друге произвођаче сличних производа (Delta lab; Rapid Labs: Product List 2019-20 и др.). Наручилац је дао основне захтеви у погледу димензија и квалитета стакла, тако да долазе у обзир сви произвођачи који испуњавају наведене услове за тражене производе.

Питање:

Молим Вас да дефинишете за које ставке у партији 15 је потребно доставити техничку спецификацију.

Одговор:

Техничку спецификацију је потребно доставити за следеће ставке из партије 15: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Питање:

Партија 16 Ставка 1 - Да ли је дозвољено понудити папирну вату у листићима, јед. мере кг?

Одговор:

Дозвољено је, али количина вате у листицима мора да буде одговарајућа траженој количини у ролнама.

Питање:

Партија 16 Ставка 28 - Молим Вас да наведете каталошки број и произвођача за тражене тацне?

Одговор:

Дали смо одговор кроз каталошки број: „пластична тацна произвођача Буркле каталошки број 4201-4050“ где су дате димензије.

Питање:

Партија 32 Ставка 2 - Да ли је дозвољено понудити термометар за фрижидере и замрзиваче мерног опсега -50 до + 50 С, са сондом дужине 3м, резолуције 0,1 С, тачности +/-1,0 С и са батеријским напајањем 2x1,5В АА?

Одговор:

Понуда није у потпуности одговарајућа, јер не задовољава захтев за тачност према траженој спецификацији (мање је тачан). Захтев за тачност према траженој спецификацији је +/- 0,5 ° Ц или боље.

Питање:

Партија 32 Ставка 6 - Да ли је дозвољено понудити термометар Тип К мерног опсега -50 до + 1000С, резолуције 0,1 С, тачности 0,5 С?

Одговор:

Понуда није одговарајућа, јер не задовољава захтев за тачност према траженој спецификацији (мање је тачан). Захтев за тачност према траженој спецификацији је 0,1 ° Ц или боље.

Питање:

Партија 32 Ставка 7 - Да ли је дозвољено понудити сонду Тип К мерног опсега од -60 до + 400 С, класе 2?

Одговор:

Дозвољено је понудити само сонду која одговара захтевима из спецификације.

Питање:

Партија 14 Ставка 1-Да ли је одговарајуће понудити пипету од 10-100ul са подеоком 0.2 ul , тачности 0.8 и прецизности 0.2?

Одговор:

Остајемо при захтеву из спецификације за тражену пипету.

Питање:

Партија 19 – за ставке за које се захтева да поседују сертификат, да ли се мисли на LOT или на појединачни сертификат?

Одговор:

За волуметријско посуђе за које се захтева да поседује сертификат мисли се на LOT сертификат. За аутоматску варијабилну пипету 500-5000 µl (ставка 85) мисли се на појединачни сертификат.

Питање:

Партија 5 , ставка 10 : На коју концентрацију аспесола се мисли 5 % или 1% ?

Одговор:

Аспесол је концентрације 5%.

Питање:

Партија 16. Ставка 28 : Које димензије пластичних тацни су потребне?

Одговор:

Дали смо одговор кроз каталошки број: „пластична тацна произвођача Буркле каталошки број 4201- 4050 “ где су дате димензије.

Питање:

Да ли се мисли на пластичне епрувете о12x75мм , ако не молим да прецизирате какви су то у питању наставци?

Одговор:

У питању су пластичне епрувете наведених димензија.

Питање:

Партија 19, Ставка 69 - за епрувете ког пречника је сталак?

Одговор:

Сталак је за стандардне епрувете, пречника до 20 мм.

Питање:

Партија 19, Ставке 71, 72 и 73 - волуметријски судови Б класе немају сертификат. Молим Вас да исправите конкурсну документацију.

Одговор:

Потребни су нам пластичне волуметријске судове са чепом и са сертификатом, који Испуњавају услове DIN EN ISO 1042 и који су класе тачности најмање класе Б. Класа тачности нам није битна, неопходно је да имају LOT сертификат.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ