



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије
Број: 404-02-176/2019-13
Датум: 20.05.2019.
Београд

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: **Закон о јавним набавкама/ЗЈН**) Комисија за јавну набавку – **Набавка техничких гасова, бр. ЈН 1.2.5** у законском року објављује, **свим заинтересованим лицима,**

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације

Питање 1:

Поводом конкурсне документације за јавну набавку 1.2.5. чији је пред услуге пуњења гоца гасом, електричарске услуге за инсталацију гасова, прављења кућице за смештај боца за гас, сервисирање ICP MS; као и прикључивање гасова са монтажом вентила, морамо да Вам се обратимо и укажемо на следеће нејасноће које имамо у погледу исте, а везане су за поједине партије, зј. Партију 1 – пуњење боца са гасом и Партију 5 – прикључивање гасова са монтажом вентила.

- у вези Партије 1 скрећемо пажњу да у колони предвиђеној за спецификацију поред типа боица није наведен квалитет гаса који би Наручиоцу био потребан
- У вези Партије 5 наже дилеме су следеће:
 - позиције 1 и 2 – за коју чистоћу гасова су тражени другостепени регулатори
 - позиција 3 – од којих елемената се састоји колектор, односно да ли су то растеретни, колекторски, редуцир или сигурносни вентил
 - позиција 4 – на који тип првостепеног панела хелијума се поставља флексибилна веза
 - позиција 5 – за који гас је флексибилна веза и да ли може прохромска флексибилна веза бх1
 - да ли су потребни атести за цеви и сертификати за регулаторе и колектор

Одговор Наручиоца:

За партију 1 – квалитет чистоће би требао да буде 99,995%, те ће сходно томе Наручилац изменити конкурсну документацију.

За партију 5:

- позиције 1 и 2 - чистоћа гасова је 99,995%, те ће у том делу конкурсна документација бити измењена;
- позиција 3 - Колектор на себи има три запорна вентила и повезује се на постојећу првостепену редуцију. Првостепене редуције су производње Techosguo. Наручилац ће изменити конкурсну документацију
- позиција 4 - Флексибилне везе су за Аргон (4 ком), хелијум (1 ком)

- позиција 5 - флексибилна веза између колектора и првостепене редукције је за аргон. Наручилац не инсистира да материјалу (да ли је прохоромска или не), али материјал мора да издржи притисак од најмање 200 бара
- наручилац не захтева атесте за цеви и сертификате за регулаторе и колектор

Питање 2:

Поводом конкурсне документације за јавну набавку 1.2.5. чији је пред услуге пуњења гоца гасом, електричарске услуге за инсталацију гасова, прављења кућице за смештај боца за гас, сервисирање ICP MS; као и прикључивање гасова са монтажом вентила, морамо Вам се обратити са још једним захтевом за појашњење, имајући у виду да у вези Партије 5 и у оквиру ње позиције 9 имамо још једно питање

Дакле, Партија 5 позиција 9 се односи на монтажу гасне инсталација са измештањем постојећих првостепених панела напоље и потрошним материјалом потребним за монтажу. Наше питање, а у вези наведеног је следеће:

- о којим се постојећим првостепеним панелима ради и да ли се они односе само на хелијум и аргон?

Одговор Наручиоца:

У складу са претходно датим одговором, првостепени панели су производње Techosryo, а односе се само на хелијум и аргон.

Комисија за јавну набавку

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа |