



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
Дирекција за националне референтне лабораторије  
Број: 404-02-176/2019-13  
Датум: 21.05.2019.  
Београд

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: **Закон о јавним набавкама/ЗЈН**) Комисија за јавну набавку – **Набавка техничких гасова, бр. ЈН 1.2.5** у законском року објављује, **свим заинтересованим лицима,**

### **Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације**

#### ***Питање 1:***

Поводом конкурсне документације за јавну набавку 1.2.5. чији је пред услуге пуњења гоца гасом, електричарске услуге за инсталацију гасова, прављења кућице за смештај боца за гас, сервисирање ICP MS; као и прикључивање гасова са монтажом вентила, обраћамо Вам се поводом Вашег одговора на наше захтеве за додатне информације и појашњења од 17.05.2019. године, имајући у виду да сматрамо да је Ваш одговор у погледу спецификарања чистоће гасова неадекватан и са аспекта гасних карактеристика немогућ, пре свега у смислу да 5.0 значи 99,999%, а 6.0 значи 99,9999%, док ECD значи да је садржај халогенованих угљоводоника који мога да оштете детектор највише 1ppb. Стога Вас молимо да преиспитате још једном Ваш одговор као и постојећу спецификацију чистоће тражених гасове те у складу са тим доредите адекватну чистоћу за сваки гас појединачно.

#### ***Одговор Наручиоца:***

У датој табели, у колони спецификација јесте наведена чистоћа (квалитет) гасова и тип боца. Сви тражени гасови су категорије квалитета - специјални гасови и користиће се за инструменталне лабораторијске анализе. Наводимо још једном чистоћу гасова (а према датој табели) и намену гасова:

Аргон - чистоће/квалитета 5.0 (за инструмент ICP-MS)

Хелијум - чистоће/квалитета 6.0 (за инструменте GC-MS/MS i ICP-MS)

Азот - чистоће/квалитета ECD (за инструмент GC)

Водоник - чистоће/квалитета 6.0 (за инструмент GC)

Синтетички ваздух - чистоће/квалитета 5.0 без CH (за инструмент GC)

Комисија за јавну набавку

***Напомена:*** Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа |