



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Дирекција за националне
референтне лабораторије
Број: 404-02-288/49/2017-13
Датум: 02. април 2018. године
Београд

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара – Лабораторијски инструменти и опрема за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3/17.

Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара – Лабораторијски инструменти и опрема за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3/17.

Измена и допуна конкурсне документације (измена конкурсне документације за партије бр. 9 и 11, број: 404-02-288/46/2017-13 од 05.03.2018. године) је следећа:

1. - **Поглавље III, партија бр. 9, страна 9**

УМЕСТО

14. Аутоматски криоскоп

- ✓ Аутоматски криоскоп са 12 места.
- ✓ Трајање анализе – не више од 90 s.
- ✓ Запремина узорка 2.0 – 2.5 ml.
- ✓ Могућност избора јединица између $m^{\circ}C$ и $m^{\circ}H$.
- ✓ Резолуција $0.1 m^{\circ}C/m^{\circ}H$.
- ✓ Опсег $0 -1500 m^{\circ}C/m^{\circ}H$.
- ✓ Поновљивост $0 -1500 m^{\circ}C/m^{\circ}H$.
- ✓ Подешавање температуре 15-35 $0C$.
- ✓ За рад у амбијенталним условима 0 до $45^{\circ}C$.
- ✓ Напајање 240 V и 50/60 Hz.
- ✓ Снаге не веће од 100 W.

- ✓ Димензије 30x40x30 (+/- 5cm).
- ✓ Тежине не веће од 15 kg.
- ✓ Испоручије се са калибрационим растворима, киветама за мерење (10 ком.), расхладном течношћу, термопринтером и каблом за повезивање са рачунаром

Комада: 1

ТРЕБА ДА СТОЈИ:

14. Аутоматски криоскоп

- ✓ Аутоматски криоскоп са 12 места.
- ✓ Трајање анализе – не више од 90 s.
- ✓ Запремина узорка 2.0 – 2.5 ml.
- ✓ Могућност избора јединица између $m^{\circ}C$ и $m^{\circ}F$.
- ✓ Резолуција 0.1 $m^{\circ}C/m^{\circ}F$.
- ✓ Опсег 0 -1500 $m^{\circ}C/m^{\circ}F$.
- ✓ Поновљивост +/-2 $m^{\circ}C/m^{\circ}F$.
- ✓ Подешавање температуре 15-35 $^{\circ}C$.
- ✓ За рад у амбијенталним условима 0 до 45 $^{\circ}C$.
- ✓ Напајање 240 V и 50/60 Hz.
- ✓ Снаге не веће од 100 W.
- ✓ Димензије 30x40x30 (+/- 5cm).
- ✓ Тежине не веће од 15 kg.
- ✓ Испоручије се са калибрационим растворима, киветама за мерење (10 ком.), расхладном течношћу, термопринтером и каблом за повезивање са рачунаром

Комада: 1

У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ