



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Дирекција за националне
референтне лабораторије
Број: 404-02-288/48/2017-13
Датум: 02. април 2018. године
Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке добара – Лабораторијски инструменти и опрема за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3/17

Партија бр. 9

Питање 1:

Ставка 1- Да ли је прихватљиво понудити стерилизатор који уместо стандарда DIN 58951 (немачки стандард) испуњава европске стандарде: EN61010-2-040, EN 661010-1, EN61326, који се односе на исту област примене ?

Одговор 1:

Прихватљиво је понудити.

Питање 2:

Ставка 1- Да ли је прихватљиво понудити уређај чија је температура аутоклавирања у опсегу 105-134°C, што покрива све апликације у микробиолошкој лабораторији?

Одговор 2:

Прихватљиво је понудити.

Питање 3:

Ставка1- Да ли је прихватљиво понудити аутоклав запремине 22 l?

Одговор 3:

Није прихватљиво. Комисија остаје при захтеваној запремини која одговара пројектованим потребама лабораторије.

Питање 4:

Ставка 2 - Да ли је одговарајуће понудити дестилатор урађен са дуплим зидом од нерђајућег челика Č.4580 (прохром) и заштићен пластификацијом са спољне стране, који одговара свим захтеваним карактеристикама али не поседује електронску контролу нивоа нечистоћа у испаривачу већ је конфигуриран са аутоматским омекшивачем воде? Дестилатор који би смо понудили је конфигуриран са аутоматским омекшивачем воде на улазу у дестилатор па стога нема ни потребе за индикатором нивоа нечистоћа (каменца на грејачу) јер је исти отклоњен пре уласка у дестилатор. На тај начин решава се проблем, а не индикује моменат када је до проблема дошло.

Одговор 4:

Одговарајуће је понудити дестилатор урађен са дуплим зидом од нерђајућег челика Č.4580 (прохром) и заштићен пластификацијом са спољне стране, који одговара свим осталим захтеваним карактеристикама и који је конфигуриран са аутоматским омекшивачем воде.

Питање 5:

Ставка 2 - Да ли је прихватљиво понудити дестилатор који задовољава све тражене карактеристике и има капацитет 8 l/h што би због конфигурације са резервоаром од 24 l дало готово исту искористивост уређаја?

Одговор 5:

Није прихватљиво. Комисија остаје при захтеваној запремини која одговара пројектованим потребама лабораторије.

Питање 6:

Ставка 3 – Да ли је прихватљиво понудити аналитичку вагу са металним кућиштем и димензија таса за мерење Ø80mm, обзиром да предметне карактеристике одговарају већини еминентних светских произвођача Sartorius, Mettler toledo, Ohaus.... , а исте сте и сами захтевали у набавци 1.1.1/2014 партија 14. Ставка 1.

Одговор 6:

Биће прихваћена свака димензија таса и сваки материјал кућишта уз услов да су испуњене све остале захтеване карактеристике.

Питање 7:

Ставка 11- Да ли је прихватљиво уз мешалицу испоручити импелер 60 mm са два закривљена крака, обзиром да исти не постоји са три крака ?

Одговор 7:

Није прихватљиво. Комисија је у току испитивања тржиста утврдила да Impeler са предметним описом постоји код више произвођача.

Питање 8:

Ставка 14 - Да ли је дошло до грешке код ставке поновљивост где је предпостављамо дошло до грешке у куцању и поновљена је вредност опсега мерења.

Одговор 8:

Да дошло је до грешке у куцању и биће урађена измена конкурсне документације. Исправка гласи: +/-2 m°C/m °H.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ