



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ**  
**ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ**  
**Дирекција за националне**  
**референтне лабораторије**  
**Број: 320-10-07417/6/2018-13**  
**Датум: 26. новембар 2018. године**  
**Београд**

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке добара – Систем за аутоматску екстракцију чврстих и полутечних узорака, за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3/18

**Питања 1:**

„Молимо Вас да појасните техничку спецификацију апарата - Систем за аутоматску екстракцију чврстих и полутечних узорака, јер на основу спецификације апарата из предметне јавне набавке је могуће понудити најмање три различита модела.“

„Који тип узорака ћете користити за екстракцију?“

**Одговор 1:**

Апарат ће бити намењен превасходно за припрему узорака хране и хране за животиње.

**Питања 2:**

„Који је тражени опсег мерења?“

**Одговор 2:**

Опсег мерења мора да буде усклађен са захтевима актуелних регулатива у области анализе трагова органских контаминаната у храни и храни за животиње.

**Питања 3:**

„Који параметри треба да се добију приликом екстракције узорка?“

**Одговор 3:**

Остаци/Трагови органски контаминаната у храни и храни за животиње, као што су ПЦБ, пестициди, ПАХ-ови, Екстракција масти из масних узорака и др.

***КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ***