



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије
Број: 404-02-251/2019-13
Датум: 06.06.2019.
Београд

Свим заинтересованим лицима

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања од стране заинтересованог лица

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), за јавну набавку добара број 1.1.3/19, Комисија Наручиоца у законом предвиђеном року даје одговоре на постављена питања од стране заинтересованог лица.

Питање:

Партија 28- Да ли је за сваку ставку потребно доставити техничку спецификацију?

Одговор:

За сваку ставку је потребно доставити техничку спецификацију (техничке карактеристике, квалитет), како је и дефинисано у конкурсној документацији у тачки В - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, ставка 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА где је наведено да "Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора садржати:

- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке."

Питање:

Партија 22 – Растварачи за LC i GC хемијску лабораторију, ставка 13

С обзиром на то да нико од реномираних произвођача (Sigma, Fisher chemical, Acros, Avantor, Panreac...) не декларише Магнезијум- сулфат анхидровани и residual analysis квалитету, молимо вас да нам одговорите на питање да ли је прихватљиво понудити

Магнезијум- сулфат анхидровани по следећој спецификацији:

Magnesium sulfate, anhydrous, 99.5% min

Product Specification

Assay (unspecified): 99.5% min

Impurity content: 0.003% Se max

Impurity content: 0.014% Cl max

Impurity content: 20 ppm Fe max

Loss on Drying: 2% max

Trace Metals: 0.001% max

Одговор:

Да, прихватљиво је понудити Магнезиум сулфате, наведене спецификације.

Питање:

Да ли је за понуђене артикле потребно уписати каталожке бројеве и произвођача, и ако јесте, на ком месту у понуди то треба уписати?

Одговор:

Потребно је уписати каталожке бројеве и произвођача. У конкурсној документацији немамо

одређено место за уписивање, па се може доставити као прилог.

Питање:

Партија 22 – Растварачи за LC i GC хемијску лабораторију , ставка 12

С обзиром на то да нико од реномираних произвођача (Sigma, Fisher chemical, Acros, Avantor, Panreac, LGC ...) не декларише Izooktan u GC/MS квалитету , молимо вас да нам одговорите на питање да ли је прихватљиво понудити Isooctane for residue analysis ?

Одговор:

Да , прихватљиво је понудити Isooctane for residue analysis.

Питање:

Партија бр.28, Ставка 17 – злато(ИИИ)хлорид, наведена је хемијска формула $AuCl_3$, да ли је у питању грешка? Хемијска формула за злато (III)хлорид је $HAuCl_4 \cdot xH_2O$.

Одговор:

Није у питању грешка, потребно нам је злато(III)-хлорид (CAS# 13453-07-1) (нпр. Acros Organics Cat.No. AC318645000, или Sigma Aldrich Cat.No.379948) а не злато(III)-хлорид трихидрат - $HAuCl_4 \cdot 3H_2O$ (CAS# 16961-25-4).

Питање:

У најновијој измени тендерске документације од 03.06.2019. нема модела уговора.

Да ли је случајно изостављен.

Одговор:

Модел уговора није случајно изостављен.

Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и оверен модел оквирног споразума.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ